



# Dammeyer+Selzer

Medizintechnik und Ärztebedarf aus Mannheim

Serviceliste

## Mess- und Sicherheitstechnische Kontrollen

## Prüfungszeitraum

STK Defibrillator, Reizstromgerät	1 Jahr
STK AED-Defibrillator	2 Jahre nach neuem MPG
STK medizinische Geräte (z.B. EKG, Spirometer)	lt. Herstellerangaben oder 1 – 2 Jahre
TK/DGUV V3 nichtmedizinische Geräte (z.B. Labor, Büro)	2 Jahre
STK Infusomat	2 Jahre
STK Perfusor	2 Jahre
MTK+STK Argus-Monitor	1 oder 2 Jahre
MTK Ergometer	2 Jahre
MTK Blutdruckmesser manuelle Geräte	2 Jahre
MTK Blutdruckmesser elektronisch mit Protokoll	2 Jahre
MTK LZ - Blutdruckmessgerät	2 Jahre
Spirometer/Kalibrierung	2 Jahre

## Leihgeräte

## Zeitraum

EKG	über die komplette Dauer der Reparatur
Autoklav	
Zentrifuge	
Mikroskop	
Foliensiegelgerät	

## Sauerstoff

## Prüfungszeitraum

Wartung Sauerstoff-Druckminderer	4 Jahre
Füllung von Sauerstoffflaschen	Datum lt. Aufkleber

Dammeyer+Selzer  
Medizintechnik GmbH &  
Co. KG  
Mallastraße 55  
68219 Mannheim  
Telefon: (0621) 87 48 27  
Telefax: (0621) 87 46 61

Bitte vereinbaren Sie einen Prüfungstermin mit uns.

**Fix geht's per Fax : 0621 – 87 46 61**

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum  
Eingetragen beim Amtsgericht MA  
Handelsregister Nr. HRA 710259

UST-ID: DE347279957  
ST-Nr: 38150/16100  
Gerichtsstand ist Mannheim  
Gläubiger-ID:  
DE57ZZZ00000262007

Datum/ Unterschrift

Praxisstempel